



上海基量标准气体有限公司 气体检测中心

Gas Detecting Center of Shanghai Jiliang Standard Gas Ltd.

上海市青浦区朱家角镇西

检 测 报 告

TESTING REPORT

(2008) 检 字 第 011 号

Certificate No.

委托单位 江西丰城源洲煤层气发电有限责任公司

Customer

委托单位地址

Address of Customer

样品名称

Name of Sample

瓦斯气

型号/规格

Model/Type

取样袋

样品编号

Number of Sample

08011-1.1

受样日期

Date of Sampling

2008. 4. 1

受样方式/地点(单位) 朱家角镇西洋淀村2号

Way / Place for Sampling

检测项目

Testing Item

瓦斯气中 C_2H_6 、 C_2H_4 、 C_2H_2 、 C_2H_6 等含量测试

检测依据:

Reference of Testing

GB/T 10628-1989

批准人:

Signature of the Approver

邱 彦 珍

批准人职务:

Rank of Approver

批准日期: 2008

Issued Date

年

Year

4

Month

月

Month

1

Day

日

Day



本中心是由上海市质量技术监督局依据《中华人民共和国计量法》、《产品质量检验机构计量认证管理办法》的有关规定评审合格,符合计量认证要求的检测机构。

检测所用的主要测量设备 (名称/编号):
Main Equipment Used (Name/No.)

HP5890型气相色谱仪

Environmental Condition

环境温度:
Ambient Temperature

24℃ 湿度:
Humidity

54%RH

其它: /
Others

检测数据/结果:

Data/Result of Testing

序号	样品编号	被检项目	检测结果
1	08011-1.1	C ₂ H ₆	0.77 × 10 ⁻²
		C ₃ H ₈	0.15 × 10 ⁻²
		i-C ₄ H ₁₀	0.02 × 10 ⁻²
		n-C ₄ H ₁₀	0.02 × 10 ⁻²
		i-C ₅ H ₁₂	0.0048 × 10 ⁻²
		n-C ₅ H ₁₂	0.0018 × 10 ⁻²
		C ₆ H ₆	0.016 × 10 ⁻²
		C ₂ H ₄	<0.0002 × 10 ⁻²
		C ₃ H ₄	<0.0002 × 10 ⁻²
		t-C ₄ H ₈	<0.0002 × 10 ⁻²
		i-C ₄ H ₈	<0.0002 × 10 ⁻²
		n-C ₄ H ₈	<0.0002 × 10 ⁻²
		c-C ₄ H ₈	<0.0002 × 10 ⁻²

以下空白



Sum: 0.9838%
<0.985%

检测:



审核:



Analysed:

Auditor: